

Số: 302/TT-BVNL

V/v bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị y tế

Ngọc Lặc, ngày 19 tháng 5 năm 2025

Kính gửi: Các đơn vị có đủ năng lực, bảo trì bảo dưỡng thiết bị y tế.

Nhằm đáp ứng nhu cầu và không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc, Bệnh viện có nhu cầu sửa chữa thiết bị y tế (*chi tiết phụ lục đính kèm*) đây là các hệ thống thiết bị có yêu cầu cao về quy trình kỹ thuật bảo trì, bảo dưỡng, phải thực hiện bởi các kỹ sư được các hãng sản xuất đào tạo.

Để thực hiện dịch vụ. Trên cơ sở danh mục, số lượng đề xuất bảo trì bảo dưỡng thiết bị y tế.

Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc kính mời các đơn vị có đủ năng lực, bảo trì bảo dưỡng thiết bị y tế quan tâm khảo sát hiện trạng gửi hồ sơ đề xuất và các nội dung công việc giá dịch vụ theo danh mục đính kèm để làm cơ sở xây dựng kế hoạch, giá kế hoạch.

1. Đăng ký kinh doanh, Hồ sơ năng lực, tài liệu chứng minh đủ điều kiện, năng lực kinh nghiệm thực hiện dịch vụ nêu trên..

2. Thư chào giá dịch vụ; các nội dung bảo trì, bảo dưỡng cụ thể cho trang thiết bị nêu trên, hiệu lực báo giá. Được đại diện các đơn vị ký tên và đóng dấu ghi rõ. ngày/tháng/năm báo giá số điện thoại liên hệ đóng dấu giáp lai.

Hồ sơ báo giá bao gồm:

+ Báo giá: theo mẫu báo giá đính kèm

Báo giá bản cứng gửi về địa chỉ: Phòng vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc, Phố Lê Duẩn Thị trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 02373.871.146,

Thời gian nhận báo giá: trước ngày 15/2025.


Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc trân trọng thông báo. / *mm*

Nơi nhận:

- Như trên;
- (đăng tải Website bvngoclac.ytethanhhoa.gov.vn/);
- Lưu: vt, vtyt.



Nguyễn Hữu Hùng

PHỤ LỤC I: Mẫu báo giá**Tên đơn vị
Địa chỉ:****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày..... tháng năm 2025

BÁO GIÁ**Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc**

(Tên đơn vị)..... có địa chỉ tại....., điện thoại liên hệ....., số đăng ký kinh doanh..... được cấp bởi

Căn cứ thư mời chào giá của Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc và khả năng cung cấp của công ty..... chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc bản báo giá các hàng hóa như sau

STT	Tên trang thiết bị	Hãng, Nước sản xuất	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền

- Giá chào là giá đã bao gồm phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)
- Hiệu lực của báo giá:

PHỤ LỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo thông báo số: 302/TT-BVNL, ngày 19 tháng 5 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc)

STT	Tên thiết bị y tế cần bảo dưỡng, chăm sóc	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Nơi thực hiện dịch vụ
1	Bảo dưỡng, bảo trì cho hệ thống máy thận nhân tạo - Hãng sx : Nipro - Nước sx : Nhật Bản - Năm sản xuất các máy : 2011- 2013 – 2016 - 2020	Yêu cầu cơ bản về bảo dưỡng, bảo trì máy thận: * Thông tin chung - Tên thiết bị bảo dưỡng : Máy chạy thận nhân tạo * Yêu cầu về cơ khí - Vệ sinh làm sạch vỏ trong, vỏ ngoài máy, làm sạch gỉ và sơn phủ các phần bị gỉ. - Vệ sinh, bổ sung dầu, mỡ của các chi tiết máy - : Bơm, van, màng lọc... - Vệ sinh và thay thế hệ thống lọc gió máy. - Căn chỉnh hệ thống bơm áp lực, van áp lực. - Căn chỉnh hệ thống bơm máu và bơm Heparin. - Thay thế các dây dẫn (nếu cũ, hỏng, bị dò rỉ) * Yêu cầu thông số máy - Căn chỉnh các chỉ số về lưu lượng, áp lực máu, dịch đạt chuẩn. - Căn chỉnh, hiệu chỉnh máy để đạt chuẩn các chỉ số điện giải của máy. - Cập nhật phần mềm, sửa lỗi (nếu có)	Cái	18	Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc
2	Xử lý sự cố	Trong khoảng thời gian 12 tháng (365 ngày) tính từ ngày ký hợp đồng, bên nhà thầu chịu trách nhiệm xử lý sự cố thiết bị trong vòng 24h sau khi nhận được thông báo từ bên mời thầu	Cái	18	